

Choix du support en fonction du niveau de risque

Niveau du risque de développer une escarre selon jugement clinique et échelles d'évaluation	Indications	Matelas et surmatelas	Coussins d'assise pour fauteuil
<p>■ Risque nul</p> <p>→ Score de Norton ⁽¹⁾ ≥ 15</p>	<p>Alitement de quelques jours, patient se mobilisant seul et sans problème. Usage transitoire ou partiel du fauteuil.</p>	<p>Matelas ordinaire, dit « hôtelier », en bon état, d'au moins 14 cm d'épaisseur.</p>	<p>Gel viscoélastique ou viscofluide ⁽²⁾.</p>
<p>■ Risque faible à moyen</p> <p>→ Score de Norton = 13-14</p>	<p>Patient alité de 10 à 15 heures par 24 heures, qui se mobilise seul avec difficulté, sans trouble neurologique important, sans artériopathie, avec un état général bon à moyen.</p>	<p>Non motorisés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - surmatelas à air non motorisé autre qu'à cellules télescopiques ou pneumatiques individuellement déformables ; - matelas en mousse mono-densité en forme de gaufrier ⁽²⁾. <p>+/- : dispositifs d'aide technique à la posture en position allongée</p>	<ul style="list-style-type: none"> - À air non motorisé autre qu'à cellules télescopiques ou pneumatiques individuellement déformables ⁽²⁾. - Mixte constitué de mousse et incluant un élément en gel viscoélastique et/ou viscofluide ⁽²⁾.
<p>■ Risque moyen à élevé</p> <p>→ Score de Norton = 9-12</p>	<p>Patient alité plus de 15 heures par 24 heures, levé dans la journée.</p>	<p>Non motorisés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - matelas en mousse incluant des modules amovibles ou non de densité et/ou hauteur variables ; - surmatelas (et matelas) en mousse viscoélastique type à mémoire de forme ; - matelas mixte constitué de mousse et incluant un insert à eau en zone à risque. <p>Motorisés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - surmatelas à air motorisé automatique, à pression constante ou dynamique ou mixte ou à perte d'air, de plus de 10 cm d'épaisseur d'air. <p>+/- : dispositifs d'aide technique à la posture en position allongée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mousse viscoélastique type à mémoire de forme.
<p>■ Risque élevé (prescription par le médecin de médecine physique et réadaptation, le neurologue ou le gériatre)</p> <p>→ Score de Norton ≤ 8</p>	<p>Patient non levé dans la journée, en mauvais état général et/ou ayant une artériopathie et/ou un trouble neurologique sévère récent.</p>	<p>Non motorisés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - surmatelas à air non motorisé réglable statique, à cellules télescopiques individuellement déformables. <p>Motorisés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - matelas à air motorisé automatique, à pression constante ou dynamique ou mixte ou à perte d'air, de plus de 15 cm d'épaisseur d'air. <p>+/- : dispositifs d'aide technique à la posture en position allongée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - À air non motorisé à cellules télescopiques individuellement déformables, mono-compartiment. - À air non motorisé à cellules télescopiques individuellement déformables, multi-compartiment.

(1) *L'échelle de Norton* est validée pour le remboursement des dispositifs médicaux par l'Assurance maladie.

(2) Autorisé à la prescription infirmière.